Ref. Certif. No.

NO88561

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI DACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS DESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	AC-DC switching power supply
Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St. Jersey City, NJ 07302 USA
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St. Jersey City, NJ 07302 USA
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	BPS Asia Pacific Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Building# 6, Nanming Road, Gongming Town Huahong Xintong Industrial Park, Guangming District Shenzhen China 518108
Note: When more than one factory, please report on page 2 Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page	☐ Additional information on page 2
Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	Input: 8.0-4.0 A, 100-250 Vac, 50/60 Hz or 7.0-3.5 A, 120-240 Vdc, Cl. I
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	bel POWER SOLUTIONS & PROTECTION a bel group
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur	SMT
Model / Type Ref. Ref. De type	MBC600-1012; MBC600-1024; MBC600-1048
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page	DC outputs: V1: 50 A, 12 V for model MBC600-1012 or 25 A, 24 V for model MBC600-1024 or 12.5 A, 48 V for model MBC600-1048 / Vsb: 1.0 A, 5 V / Vfan: 1.0 A, 12 V. The model name maybe followed by suffix G indicating ROHS compliant or SXXXG where X is from 0 to 9 denoting non safety critical options The risk management requirements of the standard were not addressed. ☐ Additional information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la	IEC 60601-1(ed.3);am1
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport dessais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat	294037

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat dessai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Nemko
Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 25-09-2015

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department